



Kraków, dnia 8 listopada 2006 roku

INSTYTUT EKSPERTYZ SĄDOWYCH

im. Prof. Dra Jana Sehna  
w Krakowie

Nr Dz. IE. 82/2006/TT

## Świadectwo dopuszczenia typu

Na podstawie § 4 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2003 roku (Dz.U. Nr 116, poz. 1104 z późn. zm.) Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie stwierdza, że urządzenia

**DRUGLAB<sup>®</sup> ORAL FLUID 6**  
**One Step Multi-Line Screen Test Device (Oral Fluid)**  
firmy **DIPRO med Handel GMBH - Austria**

mogą być wykorzystywane do wstępnego wykazania obecności w ślinie osób kierujących pojazdami lub innych osób, w stosunku do których zachodzi podejrzenie, że mogły kierować pojazdami, następujących grup związków: amfetamin (w tym metylenodioksymetamfetaminy – MDMA), opiatów i kokainy.

Wykonanie badań urządzeniem DRUGLAB<sup>®</sup> ORAL FLUID 6 lub One Step Multi-Line Screen Test Device (Oral Fluid) winno odbywać się w miejscu kontroli i w warunkach stacjonarnych. Uzyskany dodatni wynik badania wymaga potwierdzenia poprzez laboratoryjną analizę pobranej próby krwi lub moczu.

Świadectwo dopuszczenia typu dla urządzenia DRUGLAB<sup>®</sup> ORAL FLUID 6 lub One Step Multi-Line Screen Test Device (Oral Fluid) jest ważne do dnia 30 listopada 2011 roku.

Kierownik  
zespołu oceniającego

  
dr hab. Maria Kała



Dyrektor Instytutu

  
Aleksander Głazek